ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS®
a Johnson & Johnson company

URGENT: NOTICE D'AVERTISSEMENT DU SYSTÈME STERRAD®100S

Chère Madame, cher Monsieur,

Advanced Sterilization Product (ASP), fabricant du stérilisateur STERRAD®100S, souhaite attirer votre attention sur ce qui suit, dans l'intérêt d'une utilisation sûre.

ASP a été informé de quelques cas de légères brûlures chez des clients ayant eu des contacts avec le peroxyde d'hydrogène lors de l'emploi du STERRAD®100S. En effet, ASP a constaté que si le plateau du vaporisateur n'est pas correctement fixé pendant le cycle de stérilisation, il est possible que des gouttelettes de peroxyde d'hydrogène tombent sur les emballages pendant le cycle. Pour éviter ceci, ASP a développé un nouveau plateau pour le vaporisateur qui est plus facile à installer et qui ne se détache plus par mégarde.

Nous vous faisons parvenir, ci-joint, deux plateaux de vaporisation en matière synthétique. Nous vous demandons d'installer directement dans votre STERRAD®100S un de ces plateaux. La mise en place se fait très facilement et ne prend que quelques minutes comme décrit dans le mode d'emploi. Pour l'installation ou le remplacement du vaporisateur, une copie corrigée du mode d'emploi vous est fournie en annexe. Le nouveau plateau du vaporisateur doit bien être fixé afin d'avoir la certitude que le stérilisateur fonctionne correctement et de manière à avoir une bonne évaporation et une bonne diffusion du peroxyde d'hydrogène lors du processus de stérilisation.

Pour éviter tout contact avec le peroxyde d'hydrogène, nous vous rappelons de vous protéger les yeux et de porter des gants lors de la manipulation du plateau du vaporisateur.

Ôtez la plaque du stérilisateur et déposez la, conformément aux directives de l'hôpital, avec les déchets. La plaque de vaporisation doit être enlevée après 30 jours ou après 145 cycles. Veuillez remplir le questionnaire en annexe et le faxer à ASP au numéro suivant : 056 417 35 24 à l'attention de Philipp Mathys.

Johnson & Johnson AG, Advanced Sterilisation Products
Rotzenbühlstr. 55, 8957 Spreitenbach, Telefon 056 417 33 33

ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS®
a Johnson & Johnson company

Par mesure de sécurité nous vous demandons également de nous retourner tous les plateaux de vaporisation qui pourrait encore se trouver dans vos magasins. Ces derniers vous seront remplacés gratuitement. Les plateaux de vaporisation se trouvant dans les kits d'accessoires (n° d'articles 20220 à 20225) doivent également être remplacés.

Ne nous renvoyez pas de plateaux usagés du vaporisateur. Si pour quelle raison que ce soit vous ne pouvez pas installer le plateau de vaporisation, nous serons heureux de pouvoir vous y aider et il vous suffit de contacter Monsieur Philipp Mathys au numéro 079 705 61 12.

Veuillez également contacter Philipp Mathys au 079 705 61 12 pour tout renseignement complémentaire ou question technique concernant notre lettre.

Sincères salutations,

Johnson & Johnson AG
Advanced Sterilization Products

Philipp Mathys
Sales and Marketing Manager